



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

12 ДЕК 2011

№ 19-1-17-4990

На №

от

24.10.2011

О рассмотрении обращения

Главному врачу
Комплексного кооператива
по обслуживанию детей
«Здоровое детство»
С.Ф. Черячукину

ул. Плющиха, д. 43/47-15,
г. Москва, 119121

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее.

Применение в общеобразовательных учреждениях каких-либо изделий, вырабатывающих кислород высокой концентрации, потенциально опасно с точки зрения пожарной безопасности.

Согласно паспортным данным кислородные концентраторы «Армед» вырабатывают кислород концентрацией до 95%. Применение подобных изделий в зданиях с пребыванием людей значительно увеличивает пожароопасность объектов и вызывает необходимость проведения соответствующих компенсирующих мероприятий.

Заместитель директора Департамента
надзорной деятельности


Ю.В. Свидына