



Федеральное медико-биологическое агентство  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  
**«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ**  
**ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ»**

119435, Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1А  
<http://www.ripcm.org.ru>

Тел./факс (499) 246-44-01  
E-mail: [info@ripcm.org.ru](mailto:info@ripcm.org.ru)

№ \_\_\_\_\_

“25 “ 03 2010 г.

Главному врачу  
Учебного центра «Здоровое детство»  
С.Ф.Черячукину

Уважаемый Сергей Филиппович!

В ответ на Ваш запрос можем сообщить следующее. В нашем испытательном центре действительно проходил испытания концентратор кислородный производства Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd., КНР. В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.1375-03 « Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров» для аппаратуры подобного типа исследуются физические факторы, которые могут оказать вредное воздействие на обслуживающий персонал. Все остальное обычно изучается при регистрации изделий медицинской техники в Росздравнадзоре. Что касается длительного применения сильно загрязненного воздуха, то это естественно вредно не только для детей, но и для взрослых. Специальных работ по длительному применению воздушно-кислородных смесей, насколько нам известно, не проводилось. По-видимому, при длительном применении таких смесей их следует готовить из предварительно очищенного воздуха.

По вопросу лицензирования данного вида деятельности следует обращаться в Росздравнадзор. Однако, нам кажется, что данный вид деятельности не требует специальной лицензии.

Директор  
ФГУ «НИИ ФХМ» ФМБА России  
Академик РАМН, профессор

В.И.Сергиенко